

Convênio SICONV nº 848353/2017  
Edital de Seleção nº 0005/2018  
Objeto I: Foco Cirúrgico de Teto (3 unidades);  
Objeto II: Monitor Multiparâmetro (1 unidade).

### Resultado de Seleção nº 0005/2018

Referente ao processo de Seleção nº 0005/2018 – Aquisição de Foco Cirúrgico de Teto e Monitor Multiparâmetro, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 15/10/2018. Obtivemos participação das seguintes empresas: MedPej Equipamentos Médicos Ltda, Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda, KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, Drager Indústria e Comércio Ltda, Baumer SA, Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda, Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A, Prolife Equipamentos Médicos Eireli, Samtronic Ind. e Com Ltda e Drager Indústria e Comércio Ltda. Assim, após análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

#### Item I: Foco Cirúrgico de Teto

Quantidade: 3 (três) unidades

Menor valor unitário cotado: R\$ 45.000,00

Fornecedor: MedPej Equipamentos Médicos Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 52.876,00

Fornecedor: Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 56.800,00

Fornecedor: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 61.000,00

Fornecedor: Drager Indústria e Comércio Ltda

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 122.000,00

Fornecedor: Baumer SA

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor MedPej Equipamentos Médicos Ltda atende os requisitos do Anexo I, todavia, não atende o prazo de garantia previsto no edital, qual seja, 24 meses. Já quanto ao fornecedor Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda, cumpre informar que não apresentou a descrição completa do produto ofertado, de modo a não atender os requisitos do Anexo I. Por fim, o fornecedor KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda atende os requisitos do edital, bem como o prazo de garantia supramencionado, todavia, a equipe de Engenharia Clínica institucional não conhece a qualidade do material ou a tecnologia utilizada pelo Grupo KSS. Nesse sentido, solicita, no prazo de 5 (cinco) dias da presente publicação, considerando a previsão do item 8.2 do Edital de Seleção 005/2018, que o fornecedor KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda faça a demonstração ou promova a visita

in loco para a tomada de decisão. A demonstração deverá ser agendada através dos telefones (31) 3299-9920 ou 3299-9919.

**Item II: Monitor Multiparâmetro**

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 7.829,00

Fornecedor: Mhédica Service Comércio Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 10.613,10

Fornecedor: Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 11.600,00

Fornecedor: Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S.A

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 12.000,00

Fornecedor: Prolife Equipamentos Médicos Eireli

Quinto menor valor unitário cotado: R\$ 12.850,00

Fornecedor: Samtronic Ind. e Com Ltda

Sexto menor valor unitário cotado: R\$ 17.000,00

Fornecedor: Drager Indústria e Comércio Ltda

Após a análise da proposta, percebeu-se que o fornecedor Mhédica Service Comércio Ltda menciona no documento apenas 1 (um) canal de temperatura simultâneo, quando o edital solicita 2 (dois) canais. Assim, em consonância com o Edital de Seleção 0005/2018, especificamente no que refere-se ao item 9.8, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna solicita à Mhédica Service Comércio Ltda a apresentação de uma nova proposta, caso haja interesse em readequar, no prazo de 2 (dois) dias úteis da presente publicação.

Diante da solicitação supramencionada, a Associação Mário Penna, aguarda a apresentação da proposta readequada.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2018.

  
ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA

