

Convênio SICONV nº 848354/2017

Edital de Seleção nº 0006/2018

Objeto I: Aspirador de Secreção (1 unidade);

Objeto II: Foco Cirúrgico de Teto (1 unidade);

Objeto III: Sistema de Vídeo endoscopia flexível (1 unidade).

Resultado de Seleção nº 0006/2018

Referente ao processo de Seleção nº 0006/2018 – Aquisição de Aspirador de Secreção, Foco Cirúrgico de Teto, Sistema de Vídeo endoscopia flexível, informamos que o prazo para recebimento das propostas se deu das 09h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 22/10/2018. Obtivemos participação das seguintes empresas: MedPej Equipamentos Médicos Ltda, KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, Drager Indústria e Comércio Ltda, Baumer SA, MF Medical Eireli ME e Labor-med Aparelhagem de Precisão Ltda. Assim, após análise criteriosa das instâncias competentes, registre-se o seguinte resultado para os itens colacionados:

Item I: Aspirador de Secreção

Quantidade: 1 (uma) unidade

Não houve proposta para o item em referência. Assim, a Comissão de Licitação Permanente da Associação Mário Penna declara o fracasso deste item e a elaboração de novo edital para realização de novo Processo de Seleção.

Item II: Foco Cirúrgico de Teto

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 45.000,00

Fornecedor: MedPej Equipamentos Médicos Ltda

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 56.800,00

Fornecedor: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda

Terceiro menor valor unitário cotado: R\$ 70.670,00

Fornecedor: Drager Indústria e Comércio Ltda

Quarto menor valor unitário cotado: R\$ 122.000,00

Fornecedor: Baumer SA

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor MedPej Equipamentos Médicos Ltda atende os requisitos do Anexo I, todavia, não atende o prazo de garantia previsto no edital, qual seja, 24 meses. Já o fornecedor KSS Comércio e Indústria de

Equipamentos Médicos Ltda atende os requisitos do edital, bem como o prazo de garantia supramencionado, todavia, a equipe de Engenharia Clínica institucional não conhece a qualidade do material ou a tecnologia utilizada pelo Grupo KSS. Nesse sentido, solicita, no prazo de 5 (cinco) dias da presente publicação, considerando a previsão do item 8.2 do Edital de Seleção 006/2018, que o fornecedor KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda faça a demonstração ou promova a visita in loco para a tomada de decisão. A demonstração deverá ser agendada através dos telefones (31) 3299-9920 ou 3299-9919.

Item III: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível

Quantidade: 1 (uma) unidade

Menor valor unitário cotado: R\$ 199.200,00

Fornecedor: MF Medical Eireli ME

Segundo menor valor unitário cotado: R\$ 209.800,00

Fornecedor: Labor-med Aparelhagem de Precisão Ltda

Após a análise das propostas, percebeu-se que o fornecedor MF Medical Eirele ME não atende os requisitos do Anexo I, especificamente: Recurso de controle automático de ganho para ajuste automático de imagem; Lâmpada de emergência, com acionamento em caso de falha da lâmpada principal; Magnificação eletrônica de imagem no videogastrosκόpio e videocolonoscópio.

Já o fornecedor Labor-med Aparelhagem de Precisão Ltda atende a todos os requisitos do Anexo I.

Assim, a Comissão Permanente de Licitação da Associação Mário Penna declara a adjudicação/homologação deste item.

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2018.


ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA






